

# 半定量イオン試験紙 過酢酸 2000 (MN91342)

## 取扱説明書

国内総発売元

株式会社 アイシス

大阪市東淀川区西淡路1-1-36

TEL:06-6325-1406 FAX:06-6328-8995

ご使用前に必ず熟読いただき正しく使用してください。不注意/誤った使用方法・保管方法による不具合、カタログおよび下記《取扱上の注意》を含めた各種注意事項を順守されていない場合は責任および保証の一切を負いません。

### 《取扱上の注意》

1. 試験紙に触れる際は必ず研究用手袋を装着してください。指示薬により皮膚に炎症を起こす恐れがあります。
2. 測定後の試験紙の変色は、時間経過によって変化する場合があります。
3. 測定値の誤読を防ぐため、比較/照合は太陽光下で行うことをお勧めします。

### 《使用法》

1. 必要数の試験紙をアルミ容器から取り出し、直ちに容器の栓を閉めます。
2. pH2～9 に調整したサンプル溶液中に試験紙を 2 秒間浸した後、取り出します。
3. 試験紙に付いた余分な液を取り除き、20 秒後に測定部を容器外側のカラースケールと比較/照合し判定します。
4. 過酢酸 (PAA) の存在で測定部は肌色から橙色に変色します。

### 《精度確認法》

本製品は使用期限の超過や長時間保管容器が密封されなかった等の不適切な保管条件で測定精度が大きく左右されます。定期的下記手順で精度確認を行ってください。

1. メスフラスコで 39%過酢酸溶液 1.115mL を蒸留水で 250mL にメスアップし十分振り混ぜます。
2. この溶液 5mL を過酸化水素溶液 500mL で希釈して過酢酸濃度を 20mg/L にし、ただちに本試験紙で測定します。
3. 数回作業を行っても試験紙測定値と 2. で調整した過酢酸濃度が異なる場合は残り全ての試験紙精度が落ちていきますので、適切に廃棄してください。

### 《妨害》

- pH2 未満の強酸性溶液の場合は水酸化ナトリウムを、pH9 超のアルカリ性溶液の場合は塩酸を加えて pH5～7 に調整します。
- 次の量のイオンは測定を妨害します。
  - ・ 50mg/L 超：遊離塩素(次亜塩素酸イオン)
  - ・ 1000mg/L 超：ホルムアルデヒド、硝酸イオン ( $\text{NO}_3^-$ )
  - ・ 10000mg/L 超：過酸化水素 ( $\text{H}_2\text{O}_2$ )
  - ・ 30° d 超：全硬度

### 《後始末》

使用後の試験紙や廃液は絶対に下水へ流さず、各自治体の条例に従い廃棄してください。

### 《保管》

日光および高温多湿に晒さず乾燥した+30℃以下の冷暗場所に保管し、開封後は使用期限に関わらず速やかに使用してください。